

HBO 350 W/S

HBO-IC Microlithography lamps for Süss systems | Микролитографические лампы для систем Süss




Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальное напряжение	680 В
Номинальный ток	515 А
Тип тока	Постоянный ток
Мощность	35000 Вт
Номинальная мощность	35000 Вт

Размеры и вес



Диаметр	200 mm
Длина	1270 mm
Длина с цоколем без штырьков	127,00 mm
Длина центра нити накала	52,5 mm ¹⁾
Расстояние между электродами (холод)	3,0 mm

¹⁾ Расстояние между основанием цоколя и концом электрода или анода (холодный)

Дополнительные данные

Анод	SFcY10-4 ¹⁾
Катод	SFcY10-4 ¹⁾

¹⁾ С резьбой 8-32 UNC-3 В

Возможности / мощности

Охлаждение	Конвекция ¹⁾
Положение горения	Other ²⁾

¹⁾ Охлаждающие пластины на катодном цоколе

²⁾ Анод внизу

Environmental information

Техническое описание продукта

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300258041 4052899528192
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	664a7846-47f2-4d61-8323-e72e69aa88b3

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300258041	OSRHBO350S	-	-	-
4050300953342	OSRHBO350S	-	-	-

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300258041	HBO 350 W/S	Shipping carton box 1	220 mm x 100 mm x 75 mm	1.65 дм³	217.00 g
4050300953342	HBO 350 W/S	Shipping carton box 10	306 mm x 235 mm x 200 mm	14.38 дм³	2820.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.